

Warszawa 22.06.2016r

Numer sprawy: DPZ/01/16

Nr arch. DPZ/241/249/16

Do wszystkich wykonawców poprzez stronę internetową

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ, „ustawą Pzp”(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), którego przedmiotem jest: **dostawa aparatury optycznej dla Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres podmiotowy:

Część 2 - dioda laserowa ze sterownikiem

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji, w przypadku kiedy producent nie oferuje dłuższej?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił wymagania odnośnie terminu gwarancji na minimum 12 miesięcy (modyfikacja SIWZ z dnia 21.06.2016r)

Pytanie 2:

Dotyczy punktu 1.1.2: Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sterownika z zakresem regulacji prądu lasera 0-500mA, kiedy maksymalny prąd zaoferowanej diody wynosi 100mA?

Odpowiedź:

Nie

Część 3 - zestaw do kalibracji mierników mocy promieniowania optycznego

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 12 miesięcznej gwarancji, w przypadku kiedy producent nie oferuje dłuższej?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił wymagania odnośnie terminu gwarancji na minimum 12 miesięcy (modyfikacja SIWZ z dnia 21.06.2016r)

Pytanie 2:

Dotyczy punktu 2.1.1: Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie źródła promieniowania optycznego o stabilności mocy +/- 0,05dB (6 godzin)?


Odpowiedź:

Tak

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż, miejsce, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma na numer faksu: (022) 5128-110 lub e-mailem na adres: M.Olszewska@itl.waw.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.



.....
podpis przedstawiciela zamawiającego