

Warszawa 30.06.2016r

**Numer sprawy: DPZ/04/16**

Nr arch. DPZ/241/291/16

Do wszystkich wykonawców poprzez stronę internetową

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ, „ustawą Pzp”(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), którego przedmiotem jest: **dostawa aparatury dla Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38.**

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres podmiotowy:

#### **Część 1 - Analizator wektorowy**

##### **Pytanie 1:**

„W części 1, dotyczącej wektorowego analizatora obwodów, Zamawiający nie pisze nic o wymogu dokumentu kalibracyjnego, co wymagane jest z kolei w części 2.  
Czy Zamawiający wymaga dokumentów kalibracyjnych w części 1?”


##### **Odpowiedź:**

Tak, wymagane jest dostarczenie urządzenia z dokumentacją kalibracyjną wykonaną zgodnie z wymaganiami EN ISO/IEC 17025:2005.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż, miejsce, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma na numer faksu: (022) 5128-110 lub e-mailem na adres: M.Olszewska@itl.waw.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.



.....  
podpis przedstawiciela zamawiającego